

Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-03» (товарный знак «Диамаг»)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- злокачественные новообразования;
- тяжелые нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия);
- наличие искусственного водителя ритма сердца;
- инфекционные заболевания в острой стадии и лихорадка любой этиологии;
- дыхательная недостаточность;
- острые гнойные процессы на голове;
- активный туберкулезный процесс;
- аневризма сердца, аорты и крупных сосудов;
- склонность к кровотечениям;
- психическое и алкогольное возбуждение;
- тромбоцитопения, кровотечения и коагулопатии;
- системные заболевания крови;
- тиреотоксикоз;
- беременность.

Внимание! Наличие металлических зубных протезов противопоказанием к лечению не является